1 **AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**

2 **Appareil ou système de protection** destiné à être utilisé en atmosphères explosibles **(Directive 94/9/CE)**

3 Numéro de l'avenant :
LCIE 02 ATEX 6133 X / 03

4 Appareil ou système de protection :
Transmetteur de pression
Type : Y9..., Y5..., PGT

5 Demandeur : BAUMER BOURDON HAENNI

15 **DESCRIPTION DE L'AVENANT**

Mise à jour normative selon les normes EN 60079-0 (2009), EN 60079-11 (2007) et EN 61241-11 (2006).

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport confidentiel N°111416-621680-1.

Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concerné(s) : Inchangés.

Le marquage doit être :
BAUMER BOURDON HAENNI Adresse :...
Type : Y9... ou Y5... ou PGT (1)
Numéro de fabrication :...
Année de fabrication : ...
Ex I M1 Ex ia I Ma
Ex II 1 G D
Ex ia IIC T6 ou T5 Ga
Ex ia IIIC T80°C ou T95°C Da IP6X
LCIE 02 ATEX 6133 X
Ui ≤ 28V, Ii ≤ 120mA, Pi ≤ 0,8W, Ci = 30nF ou 60nF (2),
Li = 0
(1)complété avec le modèle, (2)suivant le modèle

16 **DOCUMENTS DESCRIPTIFS**

Dossier de certification N°1/12 rév.0 du 09/01/2012.
Ce document comprend 2 rubriques (3 pages).

17 **CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE**

Inchangées.

18 **EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE**

Couvertes par les normes EN 60079-0 (2009), EN 60079-11 (2007) et EN 61241-11 (2006).

19 **VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS**
Néant.

Fontenay-aux-Roses, le 31 JAN. 2012

1 **SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

2 **Equipment or protective system** intended for use in potentially explosive atmospheres **(Directive 94/9/EC)**

3 Supplementary certificate number :
LCIE 02 ATEX 6133 X / 03

4 Equipment or protective system :
Pressure transmitter
Type : Y9..., Y5..., PGT

5 Applicant : BAUMER BOURDON HAENNI

15 **DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE**

Normative update according to standards EN 60079-0 (2009), EN 60079-11 (2007) and EN 61241-11 (2006).

The examination and test results are recorded in confidential report N°111416-621680-1.

Specific parameters of the concerned protection mode : Unchanged.

The marking shall be :
BAUMER BOURDON HAENNI Address : .....
Type : Y9... or Y5... or PGT (1)
Serial number : ...
Year of construction : ...
Ex I M1 Ex ia I Ma
Ex II 1 G D
Ex ia IIC T6 or T5 Ga
Ex ia IIIC T80°C or T95°C Da IP6X
LCIE 02 ATEX 6133 X
Ui ≤ 28V, Ii ≤ 120mA, Pi ≤ 0,8W, Ci = 30nF ou 60nF (2),
Li = 0
(1)completed with the model, (2)following the model

16 **DESCRIPTIVE DOCUMENTS**

Certification file N°1/12 rev.0 dated 2012/01/09.
This file includes 2 items (3 pages).

17 **SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE**

Unchanged.

18 **ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS**

Covered by the standards EN 60079-0 (2009), EN 60079-11 (2007) and EN 61241-11 (2006).

19 **ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS**
None.

Le responsable de certification ATEX
ATEX certification manager
Michel BRÉNON

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33, av. du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France
Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174